



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MODELO
Nº: 2019102501

1) SOLICITANTE:

Nombre: COASIN INSTRUMENTOS S.A.
Dirección: EMILIO RAÑA 2517 - Montevideo
Giro Comercial: Importador
RUT: 212 852 070 019

2) IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Fabricante: INTOXIMETERS
País de Origen: Estados Unidos
Designación: Analizador de alcohol en aliento
Marca: INTOXIMETERS
Modelo: Alco-Sensor VXL
No. de serie prototipo: 1: 017121


Características: Espirómetro con celda de combustible, con cuatro modos de funcionamiento (de prueba, metrológico, de verificación y de ajuste).

- 3)** El Departamento de Metrología Legal del LATU de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley Nº 15.298 art. 7 inciso 2 y concordantes; art. 331 de la Ley Nº 15.809; artículo 174 de la Ley Nº 15.903 y del Convenio celebrado con el Ministerio de Industria, Energía y Minería de fecha 19/12/994:

CERTIFICA la conformidad del modelo de instrumento descrito en el ítem 2 del presente con los requerimientos del Decreto Nº 322/017 y refiere únicamente a las características metrológicas y técnicas del modelo involucrado. La referida conformidad fue establecida de acuerdo a los expedientes Nº1696438, 1800187 y 71839.

El presente Certificado tiene vigencia por dos años a partir de la fecha de la presente resolución, con renovación automática salvo decisión en contrario, en cuyo caso se comunicará a la firma solicitante su revocación en mérito a apartamientos del modelo aprobado, modificaciones de la reglamentación vigente o de carácter tecnológico. - - - - -

En fe de lo cual se extiende el presente Certificado de Aprobación de Modelo en la ciudad de Montevideo, el día veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.


Ing. Alim. Daniel Rey
Jefe de Metrología Legal
LATU

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY

Avda. Italia 6201 / C.P. 11500 MONTEVIDEO - URUGUAY - Tel.: (598) 2601 3724*
Parque Industrial - Barrio Anglo - FRAY BENTOS - RIO NEGRO
Tel.: 4562 0638 / 0639 - www.latu.org.uy - atencionalcliente@latu.org.uy