

Pracownia Rentgenowska ARKUS RTG 25-017 Kielce ul. I. Paderewskiego 4A/7			
Wydanie 3	Data wydania: 2024.02.22	Nowelizacja nr 0 z dnia:	Egzemplarz nr 1

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2023 poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
 - zezwolenie ŚPWIS – Nr NHR.9026.1.85.2022 z dnia 03.01.2023r.
dla aparatu rtg CS 2200 prod. Carestream Health;
 - zezwolenie ŚPWIS – Nr NHR.9026.34.2016 z dnia 18.08.2016r.
dla aparatu rtg CS 8100 3D prod. Carestream Health;
- uruchamianiu pracowni decyzja ŚPWIS – Nr NHR.9026.34.2016 z dnia 17.08.2016r.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

- dawkomierzy indywidualnych
 - w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)
zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0,40 mSv


W jednostce zostały wykonane pomiary dozymetryczne przez:
.....
sprawozdanie nr z dnia.....

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego;
- dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.


PRYWATNY GABINET
CHIRURGII OGÓLNEJ I KŁATKI PIERSIOWEJ
 lek. med. Arkadiusz Gębski
PRACOWNIA RENTGENOWSKA
ARKUS RTG
 ul. Czerwona Góra 3 / 6, 26-060 Chęciny
 NIP: 959 076 65 28, REGON: 292684928

Pracownia Rentgenowska ARKUS RTG			
25-017 Kielce ul. I. Paderewskiego 4A/7			
Wydanie 2	Data wydania: 2023.01.26	Nowelizacja nr 0 z dnia:	Egzemplarz nr 1

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
 - zezwolenie ŚPWIS – Nr NHR.9026.34.2016 z dnia 18.08.2016r.
dla aparatu rtg CS 8100 SC firmy Carestream;
 - zezwolenie ŚPWIS – Nr NHR. 4026.1.25.2221 z dnia 03.01.2023 r.
dla aparatu rtg CS 2200 firmy Carestream;
- uruchamianiu pracowni decyzja ŚPWIS – Nr NHR.9026.34.2016 z dnia 17.08.2016r.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

- dawkomierzy indywidualnych
 - w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)
zmierzona dawka efektywna wyniosła: 296 mSv
- dawkomierzy środowiskowych
 - w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)
zmierzona dawka efektywna wyniosła: —

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych z dn. 08.12.2022r.


Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego;
- dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba


 PRYWATNY GABINET
 CHIRURGII OGÓLNEJ I KŁATKI PIERSIOWEJ
 lek. med. Arkadiusz Gębski
 PRACOWNIA RENTGENOWSKA
 ARKUS RTG
 ul. Czerwona Góra 3 / 6, 26-060 Chęciny
 NIP: 959 076 65 28, REGON: 292684928

Pracownia Rentgenowska ARKUS RTG 25-017 Kielce ul. I. Paderewskiego 4A/7 <i>Pracownia Radiologiczna</i>			
Wydanie 1	Data wydania: 2022.03.31	Nowelizacja nr 0 z dnia:	Egzemplarz nr 1

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
 - zezwolenie ŚPWIS – Nr NHR.9026.34.2016 z dnia 18.08.2016r. dla aparatu rtg Heliodent DS firmy Sirona oraz aparatu rtg CS 8100 SC firmy Carestream;
- uruchamianiu pracowni decyzja ŚPWIS – Nr NHR.9026.34.2016 z dnia 17.08.2016r.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

- dawkomierzy indywidualnych w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2021 do 31.12.2021) zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0,1 mSv
- dawkomierzy środowiskowych w ciągu minionych 12 miesięcy (od do) zmierzona dawka efektywna wyniosła:

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2021 poz. 1657 - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba


PRYWATNY GABINET
CHIRURGII OGÓLNEJ I KŁATKI PIERSIOWEJ
 lek. med. Arkadiusz Gębski
PRACOWNIA RENTGENOWSKA
ARKUS RTG
 ul. Czerwona Góra 3 / 6, 26-060 Chęciny
 NIP: 959 076 65 28, REGON: 292684928