COMUNICADO TÉCNICO

COMUN-GT-022

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2025

Estimados Socios de unidad XALAPA
Grupo MICRO-TEC

Por medio del presente, les informamos que, debido a una falla mecánica en nuestro equipo automatizado destinado al procesamiento de hemoglobinas glicosiladas, la realización de esta prueba no será posible en la unidad. En consecuencia, las muestras deberán ser enviadas a nuestra sede en Ciudad de México a partir del día de hoy y hasta nuevo aviso.

Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar; sin embargo, el departamento de Ingeniería ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio en la unidad a la mayor brevedad posible.

Les solicitamos tomar en cuenta esta información para la entrega oportuna de los resultados.

En Grupo MICRO-TEC reiteramos nuestro compromiso de mantener a nuestros socios y clientes informados con la mayor prontitud, agradeciendo su comprensión y colaboración ante estos ajustes.

“Por la Salud del Paciente”

Atentamente

Gerencia Técnica

IBT. Alan Villalón

Gerente técnico

www.microtec-lab.mx
55 52653770
Medellín 338 Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc CDMX C.P. 06760