

FICHA TÉCNICA: JERINGAS DESECHABLES CON AGUJA

Línea de Insumo: Instrumental de Dosificación e Inyección Parenteral

Marca Comercial: Ashford Medical

Capacidades y Aguja Asociadas (Disponibilidad en Varios Tamaños - 1 Unidad por Blister):

- Variante 1 ml — Dotada de Aguja de Insulina 27G x 1/2" (Caja de 100 Unds)
- Variante 3 ml — Dotada de Aguja Clínica 21G x 1 1/2" (Caja de 100 Unds)
- Variante 5 ml — Dotada de Aguja Clínica 21G x 1 1/2" (Caja de 100 Unds)
- Variante 10 ml — Dotada de Aguja Clínica 21G x 1 1/2" (Caja de 100 Unds)
- Variante 20 ml — Dotada de Aguja Clínica 21G x 1 1/2" (Caja de 50 Unds)
- Variante 50 ml — Dotada de Aguja Clínica 21G x 1 1/2" (Caja de Distribución)



1. DESCRIPCIÓN Y PRECISIÓN OPERATIVA

Instrumental dosificador graduado de uso médico, diseñado para la aspiración precisa de fluidos corporales o la inyección exacta de soluciones farmacológicas por diferentes vías parenterales.

2. COMPOSICIÓN Y ATRIBUTOS MECÁNICOS

- **Estructura del Cilindro:** Cuerpo transparente cristalino con graduación bien definida, impresa con tintas de alta visibilidad y contraste para lecturas exactas de volumen.
- **Mecanismo del Émbolo:** Incorpora un tapón de hule ultra-delgado acoplado que garantiza suavidad de desplazamiento. Diseñado con total hermeticidad para asegurar que no tenga reflujo en el émbolo durante la presión inversa o la fuerza de inyección.
- **Fijación Vascular:** Punta provista de un sistema de conexión Luer-Lock estable para el acople seguro de agujas o llaves de paso.
- **Insumo de Punción:** Acompañado de una aguja quirúrgica con bisel de precisión tipo precision glide para disminuir notablemente el trauma tisular en el paciente.
- **Sistema Antifugas:** El conjunto ensamblado constituye un conector de ajuste hermético absoluto.

3. CONTROL LOGÍSTICO Y SEGURIDAD SANITARIA

Sometido a proceso de esterilización por lote indicado en su envase primario (rótulo ESTERIL EO). Conservar el producto en áreas completamente secas, libres de contaminantes ambientales, eludiendo la exposición directa al agua, sol o temperaturas extremas.

4. REGULACIONES ADJUDICADAS

REGISTRO SANITARIO MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: PS2024-0200